

**Código Interno:** EP102

**Descrição:** EP Marcadores de Hipertensão

A validade deste controle é garantida desde que seguidas às informações contidas nesta ficha.

---

### **1 - Identificação da Empresa:**

Controllab Controle de Qualidade para Laboratórios Ltda.  
Endereço: Rua Ana Neri, 416 – Benfica – Rio de Janeiro / RJ – CEP: 20911-442  
Telefone para Contato: 55 21 3891-9900  
Fax: 55 21 3891-9901  
E-mail: [atendimento@controllab.com.br](mailto:atendimento@controllab.com.br)

### **2 - Composição:**

Soro de origem humana liofilizado com adição de constituintes químicos.

### **3 – Característica do Material:**

Soro de origem humana.

### **4 – Apresentação:**

Três itens, em frasco branco, cada um contendo 1,0 mL de amostra.

### **5 – Condições de Transporte:**

Seguir as instruções especificadas na embalagem; não transportar com materiais que possam transmitir odor ou contaminar de forma direta ou indireta.

### **6 – Condições de Armazenamento:**

Armazenar em temperatura inferior a 0 °C; separado de materiais que possam transmitir odor ou contaminar de forma direta ou indireta.

### **7 – Condições de Manuseio / Situações de Emergência:**

Deve-se adotar os procedimentos de Biossegurança Nível 2, Precauções Universais e Boas Práticas Laboratoriais durante a manipulação deste produto até o seu completo descarte.

Este material deve ser manuseado apenas por pessoal com formação adequada em procedimentos laboratoriais e familiarizado com as boas práticas de laboratório. Utilizar Equipamento de Proteção Individual (EPI) com Certificado de Aprovação emitido pelo órgão regulador. As mãos devem ser lavadas mesmo após o uso de luvas.

Situações de Emergência, consultar a Ficha de Dados de Segurança, disponível no site da Controllab.

### **8 – Disposição:**


Todos os materiais biológicos de origem humana e/ou animal e outros materiais potencialmente infecciosos devem ser descontaminados e eliminados de forma adequada como material infeccioso. Descarte os resíduos de acordo com as regulamentações nacionais, regionais ou locais aplicáveis.

Cabe à empresa usuária do produto definir os procedimentos para descarte deste material no seu Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde.

Descartar as embalagens de acordo com as regulamentações nacionais, regionais ou locais aplicáveis.

### **9 – Informações Técnicas / Aplicações:**

Uso para Ensaio de Proficiência a fim de determinar o desempenho da fase analítica do laboratório.



Kátia Cristina O'Dwyer Nery  
**Responsável Técnica**

Revisão 00 – Data da Última Revisão: 28/04/2020

Página 1 de 1

Rua Ana Neri, 416 Bairro: Benfica  
CEP: 20911-442 Cidade: Rio de Janeiro/RJ - Brasil  
Tel: +55 21 3891-9900 Fax: +55 21 3891-9901  
e-mail [atendimento@controllab.com.br](mailto:atendimento@controllab.com.br)

w w w . c o n t r o l l a b . c o m . b r